TOMA DE DENSIDAD Y DE TEMPERATURA

La toma de densidad debe realizarse simultáneamente con la temperatura. Se utilizará una probeta o cilindro de vidrio transparente cuyo diámetro interior será por lo menos 3 cm. mayor que el diámetro exterior del densímetro; y la columna del líquido sobre el que flota debe ser por lo menos 3 cm. mayor que la parte sumergida.

Con respecto a la lectura en los productos transparentes se mira desde un punto inferior a la superficie y se asciende la vista hasta que la elipse que se observaba en un primer momento se transforma en un plano que corta la escala. En el caso de los productos no transparentes el procedimiento será a la inversa, mirando desde arriba y bajando la vista hasta encontrar un plano.